

Par atklātu konkursu
“MIKROVIĻŅU IEKĀRTAS PARAUGU MINERALIZĀCIJAI PIEGĀDE”
(identifikācijas Nr.RŪ-2023/60)

Rīgā, 2023.gada 23.maijā

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa “Mikroviļņu iekārtas paraugu mineralizācijai piegāde” (identifikācijas Nr.RŪ-2023/60) nolikumu.

Jautājums Nr.1:

Tehniskās specifikācijas 13. punktā “Izmēri (platums x augstums x dziļums)” prasība ir:

Augstums maks. 75 cm;

Garums no durtiņām līdz iekārtas aizmugurei maks. 70 cm.

Vai par ekvivalentu un atbilstošu tiks atzīts iekārtas piedāvājums ar sekojošiem izmēriem:

Augstums maks. 78.7 cm; (3.7 cm vairāk kā prasīts);

Garums no durtiņām līdz iekārtas aizmugurei maks. 71.2 cm. (1.2 cm vairāk kā prasīts).

Atbilde Nr.1:

Tiks veikti grozījumi atklāta konkursa nolikumā.

Jautājums Nr.2:

Tehniskās specifikācijas 8. punktā “Katra paraugu trauciņa tilpums” prasība ir:

“Vismaz 100 mL”

Dažādu mikroviļņu iekārtu ražotāju paraugu trauciņu izmēri nenosaka iespējamo maksimālo aizpildījumu. Piemēram ražotāja Milestone rotora Sk-15 trauciņa tilpums ir 100 mL, bet maksimālais aizpildāmais tilpums līdz 50 mL, tajā pašā laikā ražotāja CEM Corporation rotora iPrep trauciņu tilpums ir 110 mL, bet maksimāli iespējamais aizpildījums 30 mL.

Tā kā būtiska specifikācija ir maksimāli nepieciešamais aizpildīšanas tilpums, nevis trauciņa tilpums, lūgums šo specifikācijas punktu aizstāt ar maksimāli nepieciešamo trauciņa aizpildījumu, saskaņā ar specifikācijā minēto standartu LVS EN ISO 15587-2; (20 mL ūdens un 5 mL slāpekļskābe)

Atbilde Nr.2:

Tiks veikti grozījumi atklāta konkursa nolikumā.

Jautājums Nr.3:

Tehniskās specifikācijas 9. punktā “Paraugu trauciņu maksimālais spiediens” prasība ir:

“Vismaz 100 bar”

Vai situācijā, kad mikroviļņu iekārtas ražotājs ir norādījis, ka paraugu sagatavošanai atbilstoši EN ISO 15587-2 prasībām piemēroto trauciņu maksimālais spiediens ir 80 bar, šāds piedāvājums tiks atzīts par ekvivalentu un atbilstošu?

Atbilde Nr.3:

Tiks veikti grozījumi atklāta konkursa nolikumā.