

Par atklātu konkursu
“KOMERCUZSKAITES MĒRAPARĀTU, GĀZES ANALIZATORU UN
TURBIDIMETRU VERIFICĒŠANAS UN KALIBRĒŠANAS PAKALPOJUMI”
(identifikācijas Nr.RŪ-2024/136)

Rīgā, 2024.gada 16.jūlijā

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa “Komercuzskaites mēraparātu, gāzes analizatoru un turbidimetru verificēšanas un kalibrēšanas pakalpojumi” (identifikācijas Nr.RŪ-2024/136, turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu:

1.jautājums:

Finanšu piedāvājumā ir norādītā pozīcija "Mehāniskais/Ultraskaņas komercuzskaites mēraparāts" un cik saprotam ir jāiesniedz viena cena uz abiem pakalpojumiem.

Līdz ar to jautājums, kāda ir R vērtība ultraskaņas skaitītājam un kāds ir šo ultraskaņas skaitītāju plānotais daudzums?

1.atbilde:

Komisija skaidro, ka verificējamo ultraskaņas mēraparātu R vērtība ir robežās no R80 – R400. Kopējais verificējamo ultraskaņas mēraparātu skaits ~ 15 gab. no visa kopējā plānotā apjoma.

2.jautājums:

Kāds ir esošo ultraskaņas skaitītāju ražotājs? Ultraskaņas skaitītājiem ar R vērtību sākot no R250 ir jāievieš verificācijas režīmā pirms likt uz stenda, līdz ar to ir nepieciešama informācija par programmatūru.

2.atbilde:

Verificējamo ultraskaņas mēraparātu ražotāji ir: Diehl Metering (modelis Hydrus), Apator (modelis Ultrimis W).