

*APSTIPRINĀTS:  
SIA "RĪGAS ŪDENS"  
IEPIRKUMA KOMISIJAS 17.09.2024. SĒDĒ  
PROTOKOLS NR.1*

ATKLĀTA KONKURSA

**“JONU HROMATOGRĀFA PIEGĀDE, UZSTĀDĪŠANA UN  
METODES IZSTRĀDE”**  
(IDENTIFIKĀCIJAS NR.RŪ-2024/180)

NOLIKUMS

## SATURA RĀDĪTĀJS

|                                                                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Ziņas par pasūtītāju.....                                                                                                                                | 3  |
| 2. Vispārīga informācija.....                                                                                                                               | 3  |
| 3. Informācijas apmaiņas kārtība .....                                                                                                                      | 4  |
| 4. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas kārtība.....                                                                                                      | 4  |
| 5. Piedāvājuma noformējuma prasības .....                                                                                                                   | 5  |
| 6. Apakšuzņēmēji un personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās.....                                                                                     | 6  |
| 7. Pretendentu izslēgšanas noteikumi .....                                                                                                                  | 6  |
| 8. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.....                                                                                                                   | 7  |
| 9. Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti .....                                                                                      | 7  |
| 10. Tehniskais piedāvājums .....                                                                                                                            | 9  |
| 11. Finanšu piedāvājums.....                                                                                                                                | 10 |
| 12. Pretendentu un piedāvājumu vērtēšana .....                                                                                                              | 10 |
| 13. Komisijas darbība, Komisijas, Pasūtītāja, Piegādātāju un Pretendentu tiesības un pienākumi .....                                                        | 11 |
| 14. Apakšuzņēmēju saraksts.....                                                                                                                             | 12 |
| 15. Konkursa rezultātu paziņošanas un Līguma slēgšanas kārtība .....                                                                                        | 12 |
| 16. Citi noteikumi.....                                                                                                                                     | 13 |
| 1.pielikums Pieteikuma dalībai atklātā konkursā veidne .....                                                                                                | 14 |
| 2.pielikums Tehniskā specifikācija - Tehniskā piedāvājuma veidne .....                                                                                      | 16 |
| 3.pielikums Finanšu piedāvājuma veidne.....                                                                                                                 | 22 |
| 4.pielikums Līguma projekts .....                                                                                                                           | 23 |
| 5.pielikums Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnes..... | 27 |
| 6.pielikums Informācijas par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes.....                                                                    | 28 |
| 7.pielikums.....                                                                                                                                            | 29 |
| Servisa inženiera pieejamības apliecinājuma veidne.....                                                                                                     | 29 |

## **1. ZIŅAS PAR PASŪTĪTĀJU**

### **1.1. Pasūtītājs**

SIA "Rīgas ūdens"

Reģ.Nr.40103023035

Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050

Tālrunis: +371 67088555

E-pasta adrese: [rigasudens@rigasudens.lv](mailto:rigasudens@rigasudens.lv)

Tīmekļvietne: <https://www.rigasudens.lv/>

Tīmekļvietnes iepirkumu sadaļa: <https://www.rigasudens.lv/lv/izsludinatie-iepirkumi>.

Pasūtītāja vietne EIS: <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3179>.

### **1.2. Pasūtītāja kontaktpersona**

SIA "Rīgas ūdens" Iepirkumu vadības daļas SIA "Rīgas ūdens" Iepirkumu vadības daļas iepirkumu speciāliste Agnese Pažemecka, tālr. 67032880, e-pasta adrese:

[agnese.pazemecka@rigasudens.lv](mailto:agnese.pazemecka@rigasudens.lv).

## **2. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA**

### **2.1. Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs**

Iepirkuma nosaukums: "Jonu hromatogrāfa piegāde, uzstādīšana un metodes izstrāde".

Iepirkuma identifikācijas numurs: RŪ-2024/180.

### **2.2. Iepirkuma procedūras veids un tiesiskais regulējums**

Atklāts konkurss saskaņā ar Pasūtītāja iekšējo normatīvo aktu regulējumu iepirkuma procedūrām, kuru līgumcena ir zemāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām.

### **2.3. Atklāta konkursa nolikumā lietotie termini**

2.3.1. EIS – Elektronisko iepirkumu sistēma.

2.3.2. Konkurss – šis atklātais konkurss.

2.3.3. Komisija – Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija Konkursa organizēšanai.

2.3.4. Likums – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums,

<https://likumi.lv/ta/id/288730-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzēju-iepirkumu-likums>.

2.3.5. Līgums – Konkursa rezultātā noslēdzamais iepirkuma līgums saskaņā ar Nolikuma **4.pielikumu**.

2.3.6. Nolikums – šis Konkursa nolikums.

2.3.7. Pasūtītājs – SIA "Rīgas ūdens" (skatīt Nolikuma **1.1.punktu**).

2.3.8. Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās – persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst Nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām.

2.3.9. Piegādātājs – fiziskā vai juridiskā persona, pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumu.

2.3.10. Piedāvājums – Pretendenta piedāvājums Konkursam.

2.3.11. Prece – Nolikuma **2.4.punktā** norādītā prece.

2.3.12. Pretendents – Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu Konkursā.

2.3.13. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.

2.3.14. Sankciju likums – Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums

<https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums>.

### **2.4. Konkursa priekšmets un tā apraksts**

2.4.1. Konkursa priekšmets ir jonu hromatogrāfa (turpmāk – Prece) piegāde, uzstādīšana, metodes izstrāde, personāla apmācība un tehnisko apkopju veikšana garantijas periodā, saskaņā ar Nolikuma **2.pielikumā** pievienoto Tehnisko specifikāciju – Tehniskā piedāvājuma veidni,

kā arī Līguma noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām.

- 2.4.2. Konkursa priekšmeta galvenais CPV kods: 38432200-4 (Hromatogrāfi).
- 2.4.3. Preces piegādes un uzstādīšanas adrese – Bauskas iela 209, Rīgā, LV-1076.
- 2.4.4. Preces piegādes un uzstādīšanas termiņš – atbilstoši Pretendenta Piedāvājumam, bet ne ilgāk kā 90 (deviņdesmit) kalendāra dienas no Līguma spēkā stāšanās dienas.
- 2.4.5. Pretendents nevar iesniegt Piedāvājuma variantus.

## 2.5. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs

Konkursa rezultātā Pasūtītājs noslēgs Līgumu ar Pretendentu, kura Piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un būs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums – piedāvājums ar viszemāko cenu.

## 2.6. Konkursa izsludināšana

Konkurss tiek izsludināts, ievietojot paziņojumu:

- 2.6.1. Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā [www.rigasudens.lv/lv/izsludinate-iekirkumi](http://www.rigasudens.lv/lv/izsludinate-iekirkumi);
- 2.6.2. EIS [www.eis.gov.lv](http://www.eis.gov.lv);
- 2.6.3. tīmekļvietnē [www.iekirkumi.lv](http://www.iekirkumi.lv).

## 2.7. Līguma slēgšana

Līguma projekts pievienots Nolikuma **4.pielikumā** un tā noteikumi ir saistoši Pretendentam, sagatavojot Piedāvājumu.

## 3. INFORMĀCIJAS APMAIŅAS KĀRTĪBA

- 3.1. Nolikums, Nolikuma grozījumi, papildu informācija un cita informācija par Nolikumu tiek publicēta Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā [www.rigasudens.lv/lv/izsludinate-iekirkumi](http://www.rigasudens.lv/lv/izsludinate-iekirkumi).
- 3.2. Ja ieinteresētais Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumu, Komisija atbildi sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
- 3.3. Ieinteresētā Piegādātāja pieprasījums sniegt papildu informāciju Komisijai jānosūta uz Nolikuma **1.2.punktā** norādīto Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi. Pieprasījumā jābūt norādītiem iesniedzēja rekvizītiem un personas, kura parakstījusi iesniegumu, amata nosaukumam, vārdam un uzvārdam.
- 3.4. Ja Komisija sniedz papildu informāciju, tā vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā.
- 3.5. Piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot Pasūtītāja tīmekļvietnes iepirkumu sadaļā publicētajai informācijai par Konkursu.
- 3.6. Konkursa norises laikā sarakste starp Komisiju, ieinteresētajiem Piegādātājiem un Pretendentiem tiek veikta latviešu valodā.
- 3.7. Pasūtītājs pieprasījumus sniegt precizējumus par Piedāvājumā ietverto informāciju un paziņojumu par Konkursa rezultātiem Pretendentam sūta uz Pieteikumā dalībai atklātā konkursā norādīto/-ajām e-pasta adresi/-ēm.

## 4. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA

### 4.1. Piedāvājuma iesniegšana

- 4.1.1. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz **2024.gada 9.oktobra, plkst.11.00**, nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi [iekirkumi@rigasudens.lv](mailto:iekirkumi@rigasudens.lv), ievērojot Nolikuma **4.1.2.punktā** un **5.punktā** norādītās piedāvājuma noformējuma prasības.
- 4.1.2. Piedāvājums “jānobloķē” ar paroli, lai to nevar atvērt līdz Nolikuma **4.1.1.punktā** norādītajam termiņam. Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas termiņa uz Nolikuma **4.1.1.punktā** minēto e-pasta adresi jānosūta derīga parole “nobloķētā” dokumenta atvēršanai.
- 4.1.3. Pasūtītājs neatbild par tādu Piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti

atbilstoši Nolikuma prasībām.

- 4.1.4. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti papīra formātā, netiks atvērti un izskatīti un tiks neatvērti nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. Piedāvājumi, kas iesniegti uz citu e-pasta adresi var netikt izskatīti, ja Komisijai tie nav pieejami pirms Nolikuma **4.1.1.punktā** noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

#### **4.2. Piedāvājumu atsaukšanas un grozīšanas kārtība**

- 4.2.1. Piedāvājumu var grozīt pirms Nolikumā noteiktajām piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai atsaukt, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi [iepirkumi@rigasudens.lv](mailto:iepirkumi@rigasudens.lv). Atsaukums izslēdz tālāku piedalīšanos Konkursā.
- 4.2.2. Piedāvājuma grozījumu gadījumā par Piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts Piedāvājuma grozījumu iesniegšanas laiks.

#### **4.3. Piedāvājumu atvēršanas kārtība**

- 4.3.1. Piedāvājumi tiks atvērti **2024.gada 9.oktobra plkst.11.00** Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā.
- 4.3.2. Piedāvājumi tiek atvērti, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un Piedāvājuma kopējo cenu (EUR bez PVN).
- 4.3.3. Pretendentu piedāvājumu cenas, kā arī visas piedāvājumu atvēršanas sanāksmē nosauktās ziņas tiek fiksētas piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.
- 4.3.4. Ja Pretendents pieprasa, Komisija 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas izsniedz Pretendentam piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola izrakstu.

### **5. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS**

- 5.1. Piedāvājuma dokumenti jāsaņem elektroniski ar *Microsoft Office 2010* (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.
- 5.2. Piedāvājumus Pretendentiem jāsaņem tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Pasūtītāja informācijas tehnoloģiju darbība un Pasūtītājam nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp Piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
- 5.3. Piedāvājums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.
- 5.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem datorrakstā, bez svītrojumiem, papildinājumiem, neatrunātiem labojumiem, aizkrāsojumiem vai dzēsumiem. Ja ir izdarīti kādi labojumi, tiem jābūt atrunātiem atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumos Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" ietvertajām prasībām.
- 5.5. Piedāvājums jāsaņem latviešu valodā. Dokumentiem, kas iesniegti citā valodā, jābūt pievienotam atbilstoši apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Tulkojuma apliecinājums ietver norādi "TULKOJUMS PAREIZS", Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
- 5.6. Piedāvājuma dokumentu kopijām jāpievieno apliecinājuma uzraksts, kas ietver norādi "KOPIJA PAREIZA", Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
- 5.7. Pretendents Piedāvājumā ir tiesīgs veidot dokumentu atvasinājumu kopumu, tam pievienojot apliecinājuma uzrakstu, kas ietver norādi "Dokumentu atvasinājumu kopums pareizs", Pretendenta pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
- 5.8. Piedāvājums jāparaksta Pretendenta paraksttiesīgai personai vai tās pilnvarotai personai, pievienojot attiecīgu pilnvaru Piedāvājuma parakstīšanai un tajā esošo dokumentu tulkojuma pareizības apliecināšanai.
- 5.9. Ja Piedāvājumu iesniedz Piegādātāju apvienība, tad Piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst Piegādātāju apvienībā vai Piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis.

## 6. APAKŠUZŅĒMĒJI UN PERSONAS, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

- 6.1.** Ja tas nepieciešams Līguma izpildei, Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendentam jāpierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.
- 6.2.** Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs Līgumā paredzētos pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
- 6.3.** Pretendentam piedāvājumā jānorāda apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 *euro*, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo Līguma daļu, ja Pretendents plāno iesaistīt šādus apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka atbilstoši Likuma 68.panta trešajai daļai.

## 7. PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

- 7.1.** Pretendents tiks izslēgts no dalības Konkursā, ja tas atbildīs šādiem izslēgšanas iemesliem/noteikumiem, kas tiks pārbaudīti šādā kārtībā:

| Nr.<br>p.k. | Pretendentu izslēgšanas<br>iemesls/noteikums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pretendentu izslēgšanas<br>iemesla/noteikuma pārbaude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1.1.      | Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā ir Valsts ieņēmumu dienesta vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir ārvalsts kompetentas institūcijas administrēti nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 <i>euro</i> . | Par Latvijas Republikā reģistrētiem Pretendentiem Komisija informāciju iegūst Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē. Ja Komisija konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju uz Pretendentu vai Nolikuma <b>7.2.punktā</b> minēto personu piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecās Nolikuma <b>7.1.1.punktā</b> noteiktais izslēgšanas iemesls, Komisija pieprasa Pretendentam 3 (trīs) darbdienu laikā pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas iesniegt pierādījumu par to, ka uz Pretendentu vai Nolikuma <b>7.2.punktā</b> minēto personu attiecīgajā dienā neattiecas Nolikuma <b>7.1.1.punktā</b> noteiktais izslēgšanas iemesls (izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai citus objektīvi pierādījumus par nodokļu parādu neesību). Pretendentam, kas ir reģistrēts ārvalstī vai kuram ārvalstī ir pastāvīgā dzīvesvieta, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Komisijas informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas jāiesniedz ārvalsts kompetentas institūcijas izdota izziņa vai cits dokuments, kas apliecina izslēgšanas |

| Nr.<br>p.k. | Pretendentu izslēgšanas<br>iemesls/noteikums                                                                              | Pretendentu izslēgšanas<br>iemesla/noteikuma pārbaude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                           | iemesla neesību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.1.2.      | Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents tiek likvidēts. | Par Latvijas Republikā reģistrētiem Pretendentiem Komisija informāciju iegūst Uzņēmumu reģistrā.<br>Pretendentam, kas ir reģistrēts ārvalstī vai kuram ārvalstī ir pastāvīgā dzīvesvieta, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Komisijas informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas jāiesniedz ārvalsts kompetentās institūcijas izziņa vai cits dokuments, kas apliecina izslēgšanas iemesla neesību. |
| 7.1.3.      | Uz Pretendentu attiecas Likuma 48.panta otrās daļas 10., 11., 12., 13. un 14.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli.        | Komisija ņem vērā Pasūtītāja rīcībā esošu informāciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.1.4.      | Uz Pretendentu attiecas Sankciju likuma 11. <sup>1</sup> panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi.                       | Komisija informāciju iegūst publiskās datu bāzēs, izmantojot <i>Lursoft</i> elektronisko rīku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

- 7.2. Nolikuma 7.1.1. – 7.1.3.punktā minētie pretendentu izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru no šādām personām:
- 7.2.1. uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība;
  - 7.2.2. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās;
  - 7.2.3. uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 *euro*.
- 7.3. Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Konkursā, ja Pretendents ir nodrošinājis uzticamību Likuma 49.pantā noteiktajā kārtībā. Komisija Pretendenta uzticamības nodrošināšanu vērtē Likuma 49.pantā noteiktajā kārtībā.

## 8. PIEDĀVĀJUMĀ IEKĻAUJAMIE DOKUMENTI

- 8.1. Pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā pievienoto veidni.
- 8.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma 9.punktu.
- 8.3. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 10.punktu.
- 8.4. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 11.punktu.
- 8.5. Ja Pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, balstās uz citu personu spējām, Piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas sagatavoti saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā pievienotajām veidnēm.
- 8.6. Ja Pretendents Līguma izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, Piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas sagatavoti saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumā pievienotajām veidnēm.
- 8.7. Izziņas un citus dokumentus, kurus Likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

## 9. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

Pretendentiem jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām un jāiesniedz šādi dokumenti:

| Nr.<br>p.k. | Kvalifikācijas prasības                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Iesniedzamie dokumenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1.        | <p>Pretendents (tai skaitā, piegādātāju apvienības biedrs, personālsabiedrība, persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – Pretendentam ir tiesībspēja un rīcībspēja.</p>                                                                          | <p>Par Latvijas Republikā reģistrētiem Pretendentiem Komisija informāciju par to, vai Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iegūst publiski pieejamās datu bāzēs.</p> <p>Ārvalsts pretendenta reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts noteikumiem (piemēram, iesniedzot kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu vai norādot publiski pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur Komisija var pārlicināties par pretendenta reģistrācijas faktu un iesniedzot informācijas par pretendenta reģistrācijas fakta tulkojumu).</p> <p>Piezīme: Ja Pieteikumu iesniedz Pretendents, kas ir piegādātāju apvienība, Pretendentam iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu. Sabiedrības līgumā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka atbildības daļa un veids iepirkuma līguma izpildē, kas var būt noteikta kā dalīta vai nedalīta saistība.</p> |
| 9.2.        | <p>Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības.</p> <p>Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja Piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī uz personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās.</p> | <p>Pasūtītājs pārlicināsies publiski pieejamās datu bāzēs par to, vai Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības.</p> <p>Ārvalsts Pretendentam tā amatpersonas, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus vai izdevusi pilnvaru parakstīt Piedāvājuma dokumentus, paraksta (pārstāvības) tiesības ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts noteikumiem (piemēram, iesniedzot kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu vai norādot publiski pieejama reģistra tīmekļvietnes adresi, kur Komisija var pārlicināties par Pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām un iesniedzot informācijas par pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām tulkojumu).</p> <p>Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, kas nav Pretendenta likumiskais pārstāvis (paraksta tiesīgā persona), Pretendentam jāiesniedz amatpersonas ar paraksta tiesībām izdots</p>                                                                                                          |

| Nr.<br>p.k. | Kvalifikācijas prasības                                                                                                               | Iesniedzamie dokumenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                       | pilnvarojums Piedāvājumu parakstījušajai personai parakstīt Piedāvājuma dokumentus. Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība un pieteikumu neparaksta visi piegādātāju apvienības dalībnieki, bet piegādātāju apvienības pilnvarotais pārstāvis, Pretendentam jāiesniedz pilnvarojumu apliecinošs dokuments.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9.3.        | Pretendentam ir Preces izplatīšanas un garantijas saistību uzturēšanas tiesības Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības teritorijā. | Pretendenta piedāvātās Preces ražotāja vai tā tiešā pilnvarotā (autorizētā) pārstāvja apliecinoši dokumenti vai citi dokumenti (ja konkrētajā gadījumā tas nepieciešams), kas apliecina Pretendenta tiesības nodrošināt Preces izplatīšanu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības teritorijā, un kas ļauj Pasūtītājam gūt pilnīgu pārliecību par piedāvātās Preces legālu izcelsmi un to, ka Precēm tiks piešķirtas visas ražotāja noteiktās garantijas, ievēroti ražotāja noteiktie lietošanas, pārvadāšanas un glabāšanas nosacījumi, Preces apmaiņas nosacījumi un citas ražotāja Preces lietošanai izvirzītās prasības un noteikumi. Piemēram, gadījumā, ja tiek iesniegti ražotāja tiešā pilnvarotā (autorizētā) pārstāvja izsniegti apliecinoši dokumenti, tad pretendents var tos papildināt ar ražotāja izdotu dokumentu, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai. Minētie dokumenti nav jāiesniedz gadījumā, ja Pretendents pats ir Preces ražotājs. |
| 9.4.        | Pretendents garantijas saistību izpildei var nodrošināt vismaz 1 (vienu) Preces ražotāja autorizētu servisa inženieri.                | Pretendenta piedāvātā speciālista parakstīts pieejamības apliecinājums atbilstoši Nolikuma <b>7.pielikumā</b> pievienotajai veidnei un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (Preces ražotāja izsniegts apliecinājums (sertifikāts)), kas ļauj pārliecināties par Nolikuma <b>9.4.punktā</b> norādītās prasības izpildi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**9.5.** Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad prasības, kas attiecas uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, ir attiecināmas uz piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā, nevis katru dalībnieku atsevišķi.

## **10. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**10.1.** Tehniskais piedāvājums jā sagatavo saskaņā ar Nolikuma **2.pielikumā** pievienoto veidni.

**10.2.** Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegti dokumenti vai to kopijas, vai cita veida informācija, kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai (piemēram, ražotāja buklets, atsauce uz mājaslapu, kur atrodama informācija par Preces atbilstību katrai tehniskās specifikācijas pozīcijai).

## **11. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

- 11.1.** Finanšu piedāvājums jā sagatavo saskaņā ar Nolikuma **3.pielikumā** pievienoto veidni.
- 11.2.** Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka tajā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, Preces, transporta, uzstādīšanas, metodes izstrādes, tehnisko apkopju veikšana garantijas periodā, garantijas nodrošināšana, personāla apmācības, un visu citu iespējamo izdevumu izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā nodrošinātu Līguma izpildi.
- 11.3.** Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma veidni papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām, labot vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas, izņemot sadaļu par jona hromatogrāfa tehnisko apkopju izmaksām garantijas periodā, kuru drīkst papildināt norādot visas nepieciešamās tehniskās apkopes garantijas periodā.
- 11.4.** Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda *euro*, neieskaitot PVN, ar divām zīmēm aiz komata.

## **12. PRETENDENTU UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA**

- 12.1.** Piedāvājumu vērtēšana notiek slēgtās Komisijas sēdēs.
- 12.2.** Pēc piedāvājumu atvēršanas Komisija:
  - 12.2.1.** atlasīs piedāvājumu ar Nolikuma prasībām atbilstoši noformētu Finanšu piedāvājumu ar viszemāko cenu, pirms tam pārbaudot, vai Pretendentu Finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija Pretendenta piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, Komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. Komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendentam, lai tiek izskaidrota tā Finanšu piedāvājumā iekļautā informācija. Ja Pretendenta Finanšu piedāvājums nav iesniegts vai neatbilst Nolikuma prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts;
  - 12.2.2.** pārbaudīs Pretendenta, kurš iesniedzis Piedāvājumu ar viszemāko cenu, Piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Piedāvājuma noformējums būtiski neatbilst Nolikuma prasībām, Komisija var lemt par Piedāvājuma noraidīšanu, ja Piedāvājuma neatbilstība noformējuma prasībām ir būtiska, kas ietekmē Piedāvājuma vērtēšanu;
  - 12.2.3.** pārbaudīs, vai Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Pieteikums dalībai atklātā konkursā atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai atklātā konkursā nav ietverts Piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts;
  - 12.2.4.** pārbaudīs Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, kvalifikāciju un iesniegto kvalifikācijas dokumentu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pretendents nav iesniedzis kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai nesniedz pierādījumus savas kvalifikācijas novērtēšanai, Pretendents un tā Piedāvājums tiek noraidīts vai Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju;
  - 12.2.5.** pārbaudīs, vai Pretendenta, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Tehniskais piedāvājums sagatavots atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām. Komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendentam, lai tiek izskaidrota tā Tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija. Ja Tehniskais piedāvājums nav iesniegts vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.
- 12.3.** Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
- 12.4.** Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta Piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja Komisija Pretendenta Piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām saskaņā ar Likuma 59.pantu.

- 12.5. Par Konkursa uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš būs iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu – piedāvājumu ar viszemāko cenu.**
- 12.6.** Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā Piedāvājumā norādīto Piedāvājuma kopējo cenu bez PVN.
- 12.7.** Ja Pretendents, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, tiks atzīts par neatbilstošu Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām vai tā Piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu Nolikumam vai par nepamatoti lētu, vai Pretendents tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja uz to attiecas Pretendentu izslēgšanas noteikumi, Komisija izvēlēsies tā Pretendenta Piedāvājumu, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu. Ja arī šis Pretendents vai tā Piedāvājums tiks noraidīts vai izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, Komisija vērtēs piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu.
- 12.8.** Ja Komisija pirms pieņem lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu Pretendentu Piedāvājumu novērtējums (Piedāvājuma kopējā cena) ir vienāds, Komisija izvēlas Piedāvājumu, kurā būs norādīts īsāks Preces piegādes termiņš. Ja Pretendentiem, kuru piedāvājumu novērtējums ir vienāds, ir arī vienāds norādītais piegādes termiņš, Komisija rīkos izlozi, pieaicinot šo Pretendentu pārstāvjus. Ja Pretendentu pārstāvji pēc uzaicinājuma neieradīsies piedalīties izlozes norisē, Komisija veiks izlozi bez Pretendentu pārstāvju klātbūtnes.
- 12.9.** Pārbaudi par Nolikuma **7.1.punktā** noteiktajiem Pretendentu izslēgšanas iemesliem/noteikumiem Komisija veic attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības. Ja Pretendents atbilst jebkuram Nolikuma **7.1.punktā** noteiktajam izslēgšanas iemeslam/gadījumam, Pretendents tiek izslēgts no dalības Konkursā.
- 13. KOMISIJAS DARBĪBA, KOMISIJAS, PASŪTĪTĀJA, PIEGĀDĀTĀJU UN PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**
- 13.1. Komisijas darbība, Komisijas tiesības un pienākumi**
- 13.1.1.** Komisijas sanāksmes un sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
- 13.1.2.** Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komisijas locekļiem.
- 13.1.3.** Komisija risina visus ar Konkursa norisi un organizēšanu saistītos jautājumus, tai skaitā, izstrādā Nolikumu, sniedz papildu informāciju par Nolikumu un izvērtē Pretendentu piedāvājumus.
- 13.1.4.** Komisijai ir no Nolikuma izrietošās tiesības un pienākumi, tai skaitā:
- 13.1.4.1.** pieprasīt no Pretendentiem precizēt piedāvājumu informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu novērtēšanai;
  - 13.1.4.2.** pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
  - 13.1.4.3.** pieņemt lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības Konkursā vai Piedāvājuma noraidīšanu, ja Pretendents nav iesniedzis Nolikumam atbilstošus dokumentus vai piedāvājuma dokumenti neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;
  - 13.1.4.4.** pēc konsultācijām ar Pretendentu konstatēt, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums;
  - 13.1.4.5.** veikt labojumus Pretendentu Piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas vai pārrakstīšanās kļūdas;
  - 13.1.4.6.** pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī pie Pretendenta klientiem;
  - 13.1.4.7.** pieprasīt Pretendentam uzrādīt dokumenta oriģinālu, ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu.
- 13.1.5.** No Piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim Komisija neizpauž Pretendentu sarakstu. Ziņas par Piedāvājumu vērtēšanas procesu netiek izpaustas līdz Konkursa rezultātu

paziņošanas brīdim.

13.1.6. Komisija Konkursa rezultātus iesniedz apstiprināšanai Pasūtītāja valdē.

### **13.2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi**

13.2.1. Pieņemt lēmumu slēgt Līgumu, jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu (ja tam ir objektīvs pamatojums) vai izbeigt Konkursu bez rezultāta.

13.2.2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar Pretendentu, kura Piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un ir nākamais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, vai pārtraukt Konkursu.

13.2.3. Ja Konkursā piedalās tikai 1 (viens) Pretendents un tā Piedāvājums atbilst Nolikumam, pieņemt lēmumu slēgt Līgumu vai pārtraukt Konkursu.

13.2.4. Līgums var tikt noslēgts tikai pēc Konkursa rezultātu apstiprināšanas Pasūtītāja valdē.

13.2.5. No piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs neizpauž Pretendentu sarakstu. Ziņas par Piedāvājumu vērtēšanas procesu netiek izpaustas līdz Konkursa rezultātu paziņošanas brīdim.

13.2.6. Iesniegto Piedāvājumu un citu materiālu saturs, izņemot gadījumus, kas paredzēti normatīvajos aktos, izpausts netiek.

### **13.3. Piegādātāju un Pretendentu tiesības un pienākumi**

#### **13.3.1. Piegādātāju un Pretendentu tiesības**

13.3.1.2. Piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām. Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Katrs Pretendents, iesniedzot Piedāvājumu, līdz ar to apņemas ievērot visus Nolikumā iekļautos un normatīvo aktu noteikumus kā pamatu Līguma izpildei.

13.3.1.3. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai jebkurā Konkursa stadijā atsaukt iesniegto Piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot Komisijai.

#### **13.3.2. Piegādātāju un Pretendentu pienākumi**

13.3.2.1. Pretendents ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā Piedāvājuma atbilstību Nolikumā iekļautajām Pasūtītāja prasībām;

13.3.2.2. Komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumu par Piedāvājumā ietvertās informācijas izskaidrošanu vai papildināšanu;

13.3.2.3. ja Pretendents ir piegādātāju apvienība un tai piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, pirms Līguma slēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu;

13.3.2.4. segt Piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs nav atbildīgs par šīm izmaksām un iespējamiem zaudējumiem neatkarīgi no Konkursa rezultātiem;

13.3.2.5. pastāvīgi sekot Pasūtītāja publicētajai informācijai par Konkursu.

### **14. APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS**

Ja Pretendents, kuram tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, Līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, kuriem nododamā pakalpojumu apjoma vērtība ir mazāka par 10 000 *euro*, pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, bet ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Pretendentam jāiesniedz Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Ja attiecināms, minētajā sarakstā Pretendentam jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

### **15. KONKURSA REZULTĀTU PAZIŅOŠANAS UN LĪGUMA SLĒGŠANAS KĀRTĪBA**

15.1. Pasūtītājs lēmumu par Konkursa rezultātiem Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas.

15.2. Pasūtītājs, pamatojoties uz Pretendenta Piedāvājumu, ar izraudzīto Pretendentu slēdz Līgumu atbilstoši Līguma projektam (Nolikuma **4.pielikums**).

15.3. Ja par Konkursa uzvarētāju tiks atzīta piegādātāju apvienība, tai 10 (desmit) darba dienu

laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums (skatīt Nolikuma **9.1.punktu**).

- 15.4.** Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu, vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu, ja par uzvarētāju atzītais Pretendents:

15.4.1. Nolikumā noteiktajā gadījumā un termiņā atsakās slēgt sabiedrības līgumu, neiesniedz sabiedrības līguma kopiju vai neinformē par personālsabiedrības nodibināšanu (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība);

15.4.2. atsakās slēgt Līgumu vai Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz Līgumu.

## **16. CITI NOTEIKUMI**

- 16.1.** Pasūtītājs ir izstrādājis Piegādātāju ētikas kodeksu (turpmāk – Kodekss), kura mērķis ir nodrošināt un veicināt augstu ētikas standartu ievērošanu visā Pasūtītāja vērtības ķēdē un korporatīvajā vidē. Kodeksā ir ietverti Pasūtītāja īstenotās uzņēmējdarbības prakses principi un prasības, kuru izpildi Pasūtītājs sagaida arī no visiem saviem sadarbības partneriem, Piegādātājiem neatkarīgi no to lieluma, apgrozījuma, pieredzes, darbības jomas un citiem faktoriem. Kodekss pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē [https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens\\_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf](https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf).

- 16.2.** Ar savu dalību Konkursā Piegādātājs apliecina, ka ir iepazinies ar Kodeksu un apņemas ievērot tajā noteiktās prasības.

## **PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ**

1. <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), iesniedzot šo pieteikumu, piesaka savu dalību SIA “Rīgas ūdens” rīkotajā atklātā konkursā “Jonu hromatogrāfa piegāde, uzstādīšana un metodes izstrāde” (identifikācijas Nr.RŪ-2024/180; turpmāk – atklāts konkurss).
2. Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pretendents apņemas veikt preces piegādi, uzstādīšanu, metodes izstrādi, personāla apmācību un tehnisko apkopi garantijas periodā, garantijas nodrošināšanu, , saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma pielikumā pievienoto līguma projektu, tehnisko specifikāciju un Pretendenta piedāvājumu.
3. Pretendents pilnībā atzīst visus atklāta konkursa nolikumā, tai skaitā, tā pielikumos, ietvertos nosacījumus. Atklāta konkursa nolikuma prasības un nosacījumi ir skaidri un saprotami.
4. Pretendents apliecina, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās un pie mūsu klientiem.
5. Ar šo mēs apliecinām, ka uz Pretendentu neattiecas atklāta konkursa nolikuma 7.1.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli/noteikumi. Ja uz Pretendentu vai personālsabiedrības biedru attiecas kāds no atklāta konkursa nolikuma 7.1.punktā noteiktajiem izslēgšanas iemesliem/noteikumiem, Pretendents norāda konkrētu pārkāpumu/sankcijas: <nav>/<pārkāpuma, noteiktās sankcijas apraksts>.
6. Pretendents apliecina, ka nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts atklāta konkursa ietvaros.
7. Pretendents apliecina, ka šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem<sup>1</sup> un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanās vai cita veida saziņas ar konkurentiem.
8. Pretendents apliecina, ka nav bijusi saziņa ar konkurentiem attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties atklātajā konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst atklāta konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz šo iepirkumu.
9. Pretendents apliecina, ka tas nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms Nolikumā noteiktā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika.
10. Pretendents apliecina, ka tam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības atklātā konkursā, jo tas vai ar to saistīta juridiska persona nav bijusi iesaistīta atklāta konkursa sagatavošanā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 22.panta ceturto daļu.
11. Pretendents norāda, ka piedāvājuma datnē <datnes nosaukums, lappuses numurs> ir norādīta informācija, kas ir uzskatāma par konfidenciālu / komercnoslēpumu atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.panta pirmajai daļai un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 19.panta otrajai daļai.
12. Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē [https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens\\_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf](https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf), un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu atklāta konkursa

---

<sup>1</sup> Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Pretendents Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

13. Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegtajiem dokumentiem, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību atklāta konkursa nolikuma prasībām.

14. Pretendenta kontaktpersona: <vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese>.

15. Pretendentu Konkursā pārstāv (ja Pretendents ir personu apvienība):

<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese><sup>2</sup>

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs>

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņa numurs, e-pasta adrese>

<Pretendenta bankas rekvizīti>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts><sup>3</sup>

<Datums, vieta>

---

<sup>2</sup> Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai Konkursā, ja Pretendents ir personu apvienība.

<sup>3</sup> Pieteikumu dalībai Konkursā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība).

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Nosaukums                                                                                                                                          | Minimālās tehniskās prasības                                                                                                                                                                                      | Pretendenta piedāvātās iekārtas tehniskie parametri |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.       | Jonu hromatogrāfs vienlaicīgai katjonu un anjonu analīzei dzeramā ūdens un virszemes ūdens paraugos ar iespēju analizēt tikai anjonus vai katjonus | Ražotājs: <..><br>Modelis: <..>                                                                                                                                                                                   |                                                     |
| 1.1.     | Analīzes:                                                                                                                                          | Jonu hromatogrāfam jānodrošina analīze:<br>1) katjonu - amonijs, kalcijs, kālijs, magnijs, nātrijs.<br>2) anjonu - fluorīdi, hlorīdi, nitrāti, nitrīti, ortofosfāti, sulfāti, hlorāti, hlorīti, bromīdi, bromāti. |                                                     |
| 1.2.     | Sūknis:                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
| 1.2.1.   | Skaitis:                                                                                                                                           | Divi, pa vienam sūknim uz katru plūsmas kanālu.                                                                                                                                                                   |                                                     |
| 1.2.2.   | Eluents:                                                                                                                                           | Nodrošina eluentu diapazonā vismaz no 0-14 pH.                                                                                                                                                                    |                                                     |
| 1.2.3.   | Sūkņu plūsmas diapazons:                                                                                                                           | Iestatāms vismaz diapazonā no 0,001 mL/min līdz 5,000 mL/min.                                                                                                                                                     |                                                     |
| 1.2.4.   | Sūkņu maksimālais spiediens:                                                                                                                       | Vismaz 30 MPa (ūdenim).                                                                                                                                                                                           |                                                     |
| 1.2.5.   | Sūkņu nodrošinātās plūsmas pareizība:                                                                                                              | Ne sliktāka par $\pm 2\%$ vai $\pm 2\mu\text{L}/\text{min}$ (lielākā no vērtībām).                                                                                                                                |                                                     |
| 1.2.6.   | Sūkņu nodrošinātās plūsmas precizitāte:                                                                                                            | Ne sliktāka par 0,1% RSD vai 0,02minSD (lielākā no vērtībām).                                                                                                                                                     |                                                     |
| 1.2.7.   | Sūkņu konstrukcija:                                                                                                                                | Sūkņa daļām, kas saskaras ar šķīdumu jābūt ķīmiski inertām un metālus nesaturošām.                                                                                                                                |                                                     |

| Nr. p.k. | Nosaukums                                               | Minimālās tehniskās prasības                                                                                   | Pretendenta piedāvātās iekārtas tehniskie parametri |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.2.8.   | <i>Drošība:</i>                                         | Automātiska sūkņa izslēgšanās gadījumā, ja sūkņa spiediens ir zem minimālā vai virs maksimālā.                 |                                                     |
| 1.3.     | <b>Degazators</b>                                       | Iekārta aprīkota ar vismaz 3 kanālu degazatoriem vai arī 1 degazatoru, ja izmanto eluentu ģenerēšanas moduļus. |                                                     |
| 1.4.     | <b>Autosampleris:</b>                                   |                                                                                                                |                                                     |
| 1.4.1.   | <i>Autosamplera ietilpība:</i>                          | Vismaz 35 gab. Pudelišu tilpums lielāks par 3 mL.                                                              |                                                     |
| 1.4.2.   | <i>Autosamplera injekciju tilpuma atkārtojamība:</i>    | Ne sliktāka par 0,3% CV, injicējot 20 µL.                                                                      |                                                     |
| 1.4.3.   | <i>Autosamplera plūsmas līniju materiāls:</i>           | Autosamplera plūsmas līnijām jābūt izgatavotām no PEEK vai ekvivalenta ne-metāla ķīmiski inerta materiāla.     |                                                     |
| 1.4.4.   | Autosamplera injekcijas diapazons:                      | Iestatāms vismaz diapazonā no 5 µL līdz 200 µL.                                                                |                                                     |
| 1.5.     | <b>Termālais nodalījums:</b>                            |                                                                                                                |                                                     |
| 1.5.1.   | <i>Kolonnas termostata temperatūras kontroles tips:</i> | Izmantojot gaisa cirkulāciju.                                                                                  |                                                     |
| 1.5.2.   | <i>Kolonnas termostata temperatūras diapazons:</i>      | Vismaz no 10°C zem istabas temperatūras līdz vismaz 60°C.                                                      |                                                     |
| 1.5.3.   | <i>Kolonnas termostata temperatūras precizitāte:</i>    | Ne sliktāka par ±0,5°C.                                                                                        |                                                     |
| 1.5.4.   | <i>Kolonnas termostata temperatūras precizitāte:</i>    | Ne sliktāka par ±0,2°C.                                                                                        |                                                     |
| 1.5.5.   | <i>Kolonnas termostata ietilpība:</i>                   | Termostatā var ievietot vismaz 2 gab. 250mm garas kolonnas.                                                    |                                                     |
| 1.6.     | <b>Detektors:</b>                                       |                                                                                                                |                                                     |
| 1.6.1.   | <i>Elektrovadītspējas detektora šūnu skaits:</i>        | Divi (pa vienai šūnai uz katru plūsmas līniju).                                                                |                                                     |

| Nr. p.k.    | Nosaukums                                                    | Minimālās tehniskās prasības                                                                                 | Pretendenta piedāvātās iekārtas tehniskie parametri                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.6.2.      | Elektrovadītspējas detektora mērījumu diapazons:             | Līdz vismaz 15000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ .                                                                  |                                                                      |
| 1.6.3.      | Elektrovadītspējas detektora šūnas temperatūras stabilitāte: | $\pm 0,1^\circ\text{C}$ .                                                                                    |                                                                      |
| 1.6.4.      | UV detektors nitrātu, nitrītu, bromīdu noteikšanai:          | Viens (uz anjonu plūsmas).                                                                                   |                                                                      |
| 1.6.5.      | Detektora diožu skaits:                                      | Vismaz 1024.                                                                                                 |                                                                      |
| 1.6.6.      | Detektora viļņu garuma diapazons:                            | 200nm līdz 215nm vai plašāks.                                                                                |                                                                      |
| 1.6.7.      | Detektora lineārais diapazons:                               | Vismaz līdz 2.0 AU.                                                                                          |                                                                      |
| 1.6.8.      | Detektora viļņu garuma pareizība:                            | $\leq \pm 1\text{nm}$ .                                                                                      |                                                                      |
| 1.6.9.      | Detektora viļņu garuma atkārtojamība:                        | $\leq \pm 0,15\text{nm}$ .                                                                                   |                                                                      |
| 1.6.10.     | Detektora spraugas platums:                                  | $\leq 1.2\text{nm}$ .                                                                                        |                                                                      |
| 1.6.11.     | Detektora dreifs:                                            | $\leq 0,0004\text{ AU/h}$ .                                                                                  |                                                                      |
| 1.6.12.     | Detektora šūnas temperatūras diapazons:                      | Iestatāma diapazonā no $20^\circ\text{C}$ līdz $50^\circ\text{C}$ vai plašākā.                               |                                                                      |
| <b>1.7.</b> | <b>Supresors:</b>                                            |                                                                                                              |                                                                      |
| 1.7.1.      |                                                              | Anjonu plūsma aprīkota ar supresoru fona signāla samazināšanai. Katjonu plūsmai supresors var nebūt.         |                                                                      |
| 1.7.2.      | Supresora tips:                                              | Elektrodialītisks, ar nepārtrauktu reģenerācijas funkciju.                                                   |                                                                      |
| 1.7.3.      | Supresora darbības nodrošinājums 2 gadiem:                   | Ja supresora konstrukcija paredz tā regulāru nomaiņu, tad jānodrošina supresora skaits divu gadu lietošanai. | <pozīciju aizpilda, ja uz piedāvāto Preci attiecās konkrētā prasība> |

| Nr. p.k.    | Nosaukums                   | Minimālās tehniskās prasības                                                                                                                                        | Pretendenta piedāvātās iekārtas tehniskie parametri |
|-------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>1.8.</b> | <b>Piederumu komplekts:</b> |                                                                                                                                                                     |                                                     |
| 1.8.1.      | Hromatogrāfa kontrolieris:  | Atbalsta visu hromatogrāfa moduļu vadību.                                                                                                                           |                                                     |
| 1.8.2.      | Hromatogrāfiskās kolonnas:  | Komplektā jābūt iekļautām kolonnām vismaz šādu jonu noteikšanai:                                                                                                    |                                                     |
| 1.8.2.1.    |                             | Anjoni:                                                                                                                                                             |                                                     |
| 1.8.2.1.1.  |                             | · F (LOQ = 0,1 mg/L vai zemāka)                                                                                                                                     |                                                     |
| 1.8.2.1.2.  |                             | · ClO <sub>2</sub> (LOQ = 0,1 mg/L vai zemāka)                                                                                                                      |                                                     |
| 1.8.2.1.3.  |                             | · BrO <sub>3</sub> (LOQ = 0,1 mg/L vai zemāka)                                                                                                                      |                                                     |
| 1.8.2.1.4.  |                             | · Cl (LOQ = 0,1 mg/L vai zemāka)                                                                                                                                    |                                                     |
| 1.8.2.1.5.  |                             | · NO <sub>2</sub> (LOQ = 0,01 mg/L vai zemāka)                                                                                                                      |                                                     |
| 1.8.2.1.6.  |                             | · Br (LOQ = 0,01 mg/L vai zemāka)                                                                                                                                   |                                                     |
| 1.8.2.1.7.  |                             | · ClO <sub>3</sub> (LOQ = 0,1 mg/L vai zemāka)                                                                                                                      |                                                     |
| 1.8.2.1.8.  |                             | · NO <sub>3</sub> (LOQ = 0,01 mg/L vai zemāka)                                                                                                                      |                                                     |
| 1.8.2.1.9.  |                             | · PO <sub>4</sub> (LOQ = 0,1 mg/L vai zemāka)                                                                                                                       |                                                     |
| 1.8.2.1.10. |                             | · SO <sub>4</sub> (LOQ = 0,1 mg/L vai zemāka)                                                                                                                       |                                                     |
| 1.8.2.2.    |                             | Katjoni:                                                                                                                                                            |                                                     |
| 1.8.2.2.1.  |                             | · Na (LOQ = 0,1 mg/L vai zemāka)                                                                                                                                    |                                                     |
| 1.8.2.2.2.  |                             | · NH <sub>4</sub> (LOQ = 0,1 mg/L vai zemāka)                                                                                                                       |                                                     |
| 1.8.2.2.3.  |                             | · K (LOQ = 0,1 mg/L vai zemāka)                                                                                                                                     |                                                     |
| 1.8.2.2.4.  |                             | · Mg (LOQ = 0,5 mg/L vai zemāka)                                                                                                                                    |                                                     |
| 1.8.2.2.5.  |                             | · Ca (LOQ = 0,5 mg/L vai zemāka)                                                                                                                                    |                                                     |
| 1.8.3.      | Priekškolonnas:             | Piemērotas piedāvātājām hromatogrāfijas kolonnām.                                                                                                                   |                                                     |
| 1.8.4.      | Analīzes ilgums:            | 20-35 min.                                                                                                                                                          |                                                     |
| 1.8.5.      | Vadības programmatūra:      | Ļauj veikt visu hromatogrāfa moduļu vadību, parametru iestatīšanu, metožu izstrādi, paraugu virknes analīzes veikšanu, rezultātu datu apstrādi un atskaišu izdruku. |                                                     |
|             |                             | Savietojama ar Windows 11 Pro operētājsistēmu.                                                                                                                      |                                                     |

| Nr. p.k. | Nosaukums                               | Minimālās tehniskās prasības                                                                                                                                        | Pretendenta piedāvātās iekārtas tehniskie parametri                                                                                            |
|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                         | Rezultātu saglabāšanas, datu pārvaldes un atskaišu sagatavošanas funkcijas.                                                                                         |                                                                                                                                                |
|          |                                         | “Audit trail” funkcija.                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|          |                                         | Savietojamība ar dažādām LIMS sistēmām.                                                                                                                             |                                                                                                                                                |
|          |                                         | Pašdiagnostikas funkcija, kas informē lietotāju par apkopes veikšanas nepieciešamību.                                                                               |                                                                                                                                                |
| 1.8.6.   | Pudeļu paliktnis:                       | Hromatogrāfs aprīkots ar šķīdinātāju pudeļu paliktni, kurā var ievietot vismaz 4 gab. 1L pudeles. Ja piedāvā eluenta ģeneratoru, pudeļu paliktnis nav nepieciešams. |                                                                                                                                                |
| 1.8.7.   | Eluenta filtri:                         | Vismaz 5 gab., ja piemērojams ar iekārtas darbību.                                                                                                                  | <pozīciju aizpilda, ja uz piedāvāto Preci attiecās konkrētā prasība>                                                                           |
| 1.8.8.   | Paraugu mēģenes ar vāciņiem:            | Vismaz 500 gab.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |
| 1.8.9.   | Filtri paraugu filtrēšanai:             | 0,45 µm vai piemērotas izvēlētajām kolonnām, bet ne rupjāki par 0,45 µm, 1000 gab.                                                                                  |                                                                                                                                                |
| 1.8.10.  | Šļircis:                                | Tilpums vismaz 10 mL. Piemērotas paraugu filtrēšanai jonu hromatogrāfijai. Jābūt savietojamām ar filtriem paraugu filtrēšanai. 100 gb.                              |                                                                                                                                                |
| 1.9.     | Garantijas termiņš:                     |                                                                                                                                                                     | Garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no Preces piegādi apliecinoša dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.             |
| 1.10.    | Uzstādīšana un apmācības:               | Jānodrošina iekārtas uzstādīšana un 3 (trīs) darbinieku apmācību.                                                                                                   |                                                                                                                                                |
| 1.11.    | Jānodrošina metodes izstrāde            | Jānodrošina metodes izstrāde 1.1.punktā minētajiem rādītājiem. Izstrādātajai metodei jānodrošina izšķirtspēja starp analītu signāliem lielāka par 1,3.              |                                                                                                                                                |
| 1.12.    | Preces piegādes un uzstādīšanas termiņš |                                                                                                                                                                     | Preces piegādes un uzstādīšanas termiņš ir <dienu skaits, kas nav ilgāks par 90 dienām> dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas. |

| Nr. p.k. | Nosaukums                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātās iekārtas tehniskie parametri |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.13.    | Pretendents apliecina, ka Prece ir sertificēta izmantošanai Eiropas Savienības un Latvijas Republikas teritorijā, un tās ekspluatācija atbilstoši tās uzdevumam un ekspluatācijas noteikumiem nenodarīs materiālu zaudējumu vai kaitējumu cilvēka veselībai vai īpašumam, vai apkārtējai videi. |                              |                                                     |

**2. Datoru jonu hromatogrāfa lietošanai un vadības programmatūras uzstādīšanai nodrošinās Pasūtītājs. Uzņēmēja pienākums par jonu hromatogrāfa piegādi informēt Pasūtītāja pārstāvi vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš.**

**3. Pretendenta piedāvātās Preces tehniskās apkopes 24 (divdesmit četrus) mēnešu periodā**

Tehnisko apkopju periodiskums atbilstoši Preces ražotāja noteiktajam: <...>.

Katras tehniskās apkopes laikā veicamie darbi:

| <i>Apkope pēc kārtas</i> | <i>Nosacījumi apkopes veikšanai<br/>(nostrādātās darba stundas vai tml.)</i> | <i>Apkopes laikā veicamie darbi</i> |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.                       | <...>                                                                        | <...>                               |
| 2.                       | <...>                                                                        | <...>                               |
| <...>                    | <...>                                                                        | <...>                               |

**Pielikumā:** <Preces ražotāja izsniegti dokumenti vai to kopijas, vai cita veida informācija, kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai (piemēram, ražotāja buklets, atsauce uz mājaslapu, kur atrodama informācija par Preču atbilstību katrai tehniskās specifikācijas pozīcijai)>.

<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

## FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Ar šo <pretendenta nosaukums, reģ.Nr.>, iesniedzot finanšu piedāvājumu atklātam konkursam “Jonu hromatogrāfa piegāde, uzstādīšana un metodes izstrāde” (identifikācijas Nr.RŪ-2024/180; turpmāk – atklāts konkurss), piedāvā piegādāt jonu hromatogrāfu (turpmāk – Prece) par zemāk norādītajām cenām, kas ietver visas izmaksas tādā apmērā, lai pilnībā nodrošinātu līguma izpildi saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma noteikumiem, tehnisko specifikāciju, līguma noteikumiem un saistošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā, visas izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi uz atklāta konkursa nolikumā noteikto Pasūtītāja adresi, uzstādīšanu un tehnisko apkopju veikšanu garantijas periodā, garantijas nodrošināšanu, personāla apmācību, metodes izstrādi, darbinieku algas, transporta izmaksas, nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) un ietver pilnas izmaksas ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamo sadārdzinājumu:

| Nr. p.k. | Nosaukums                                                                                    | Cena, EUR bez PVN |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.       | <b>Jonu hromatogrāfa piegāde, t.sk. (1.1.+1.2):</b>                                          | <...>             |
| 1.1.     | Jonu hromatogrāfs                                                                            | <...>             |
| 1.2.     | Jonu hromatogrāfa uzstādīšana un metodes izstrāde                                            | <...>             |
| 2.       | <b>Darbinieku apmācība</b> atbilstoši tehniskās specifikācijas 1.10.punktam (3 darbiniekiem) | <...>             |
| 3.       | <b>Preces tehnisko apkopju izmaksas 24 (divdesmit četru) mēnešu periodā*</b>                 | <...>             |
|          | <b>Pavisam KOPĀ (1.+2.+3.), EUR bez PVN:</b>                                                 | <...>             |

**\*Jonu hromatogrāfa tehnisko apkopju izmaksas garantijas periodā (24 mēnešos):**

| <i>Apkopes</i>                                      | <i>Tehniskās apkopes cena, EUR bez PVN</i> |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Pirmā apkope jonu hromatogrāfam                     | <...>                                      |
| Otrā apkope jonu hromatogrāfam                      | <...>                                      |
| <...>                                               | <...>                                      |
| <b>Kopā tehnisko apkopju izmaksas, EUR bez PVN:</b> | <...>                                      |

<Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs>

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

**Līgums Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā**  
**par jonu hromatogrāfa piegādi, uzstādīšanu un metodes izstrādi**  
(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/180)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.**40103023035**, tās \_\_\_\_\_ personā, kur \_\_\_\_\_ darbojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes \_\_\_\_\_ lēmuma (prot. Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_) pamata, turpmāk - “Pircējs”, no vienas puses, un \_\_\_\_\_, reģ.Nr. \_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_\_ personā, kur \_\_\_\_\_ darbojas uz \_\_\_\_\_ pamata, turpmāk - “Piegādātājs”, no otras puses, turpmāk abi kopā - “Puses”, noslēdz šo līgumu, turpmāk - “Līgums”, par sekojošo:

**1. Līgumā lietotie termini**

- 1.1. Prece - jonu hromatogrāfs saskaņā ar Pielikumā Nr.1 norādīto tehnisko specifikāciju.
- 1.2. Līguma summa - summa, ko Pircējs samaksā Piegādātājam par Preces Piegādi un Līgumā noteiktajā kārtībā veiktajām Preces tehniskajām apkopēm garantijas periodā. Līguma summa ietver visu Piegādātāja iespējamus izdevumus, kas saistīti ar Preces Piegādi un tās tehnisko apkopju veikšanu.
- 1.3. Piegāde - Preces nodošana Pircējam saskaņā ar DDP (*Incoterms 2020*) noteikumiem adresē: Rīgā, Bauskas ielā 209 (ŪSS “Daugava”, Laboratorijas telpas 2.stāvā), kā arī Preces uzstādīšana tai paredzētajā vietā, metodes izstrāde un Pircēja 3 (trīs) darbinieku apmācība.
- 1.4. Attaisnojuma dokuments - Pušu pilnvaroto personu parakstīts Preces piegādi apliecinošs dokuments. Attaisnojuma dokumentā jābūt ietvertai šādai informācijai:
  - 1.4.1. Līguma numurs un datums;
  - 1.4.2. nododamās Preces nosaukums, daudzums un cena;
  - 1.4.3. Attaisnojuma dokumenta parakstīšanas vieta un laiks;
  - 1.4.4. Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125.pantā noteiktā informācija.
- 1.5. Akts - Pušu pilnvaroto personu parakstīts Preces tehniskās apkopes veikšanu apliecinošs dokuments. Aktā jābūt ietvertai šādai informācijai:
  - 1.5.1. Līguma numurs un datums;
  - 1.5.2. veikto darbu nosaukums un vērtība, izpildes datums;
  - 1.5.3. Akta parakstīšanas vieta un laiks.

**2. Līguma priekšmets**

- 2.1. Piegādātājs apņemas veikt Preces Piegādi, kā arī veikt Preces tehniskās apkopes, un Pircējs apņemas pieņemt Preci un Preces tehnisko apkopju darbus Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 2.2. Pircējs apņemas samaksāt Līguma summu Līgumā noteiktajā kārtībā.

**3. Piegādes noteikumi un Preces kvalitātes apliecinājumi**

- 3.1. Piegādātājs veic Preces Piegādi, tai skaitā uzstādīšanu, metodes izstrādi un 3 (trīs) Pircēja darbinieku apmācību, saskaņā ar Līguma noteikumiem \_\_\_\_\_ kalendāra dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
- 3.2. Piegādātājs garantē un apliecina, ka Prece pieder vienīgi viņam, nav jebkādā veidā atsavināta, ieķīlāta, apgrūtināta, par Preci nav reģistrēts aizliegums un nepastāv strīds.
- 3.3. Piegādātājs apliecina, ka Prece ir jauna, nelietota un līdz Piegādei Pircējam tika glabāta tai piemērotos apstākļos, ar krietna un kārtīga saimnieka rūpību.
- 3.4. Puses konstatē Piegādes faktu, Līgumā noteiktajā kārtībā parakstot Attaisnojuma dokumentu.
- 3.5. Puses vienojas, ka visi uz Preci attiecināmi riski pāriet uz Pircēju pēc Attaisnojuma dokumentu parakstīšanas.
- 3.6. Piegādātājs apliecina, ka Prece ir sertificētas izmantošanai Eiropas Savienības un Latvijas

Republikas teritorijā un tās ekspluatācija atbilstoši tās uzdevumam un ekspluatācijas noteikumiem nenodarīs zaudējumu vai kaitējumu cilvēka veselībai vai īpašumam, vai apkārtējai videi, Piegādātājs garantē, ka par Preci ir samaksāti visi ievedmuītas nodokļi un nodevas.

#### **4. Preces pieņemšanas noteikumi un Preces tehniskās apkopes**

- 4.1. Vienlaicīgi ar Preces Piegādi Piegādātājs iesniedz Pircēja pilnvarotajai personai parakstīšanai Attaisnojuma dokumentu kopā ar ražotāja lietošanas instrukciju.
- 4.2. Pircēja pilnvarotā persona veic Preces pārbaudi uz vietas un pārbauda Attaisnojuma dokumentā norādītās informācijas atbilstību Līgumam, novērtē Preces kvalitāti, atbilstību Līguma noteikumiem un atbilstību informācijai, kas norādīta Attaisnojuma dokumentā, pēc tam paraksta attiecīgo Attaisnojuma dokumentu vai arī sniedz Piegādātājam pamatotu atteikumu parakstīt Attaisnojuma dokumentu.
- 4.3. Atteikuma parakstīt Attaisnojuma dokumentu saņemšanas gadījumā Piegādātājs novērs visus trūkumus Attaisnojuma dokumentā, Preces kvalitātē un atbilstībā Līguma noteikumiem un atkārtoti iesniedz Pircējam parakstīšanai Attaisnojuma dokumentu.
- 4.4. Prece netiek pieņemta, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
- 4.5. Pircējs pieņem Preci tikai pēc ārējā izskata un patur sev tiesības celt iebildumus par Preces apslēptiem trūkumiem, Preces kvalitāti un atbilstību Līgumam.
- 4.6. Attaisnojuma dokumenta abpusēja parakstīšana ir pamats Līguma 5.1.1.apakšpunktā minētās Preces Piegādes cenas apmaksai.
- 4.7. Piegādātājs veic Preces tehniskās apkopes Līguma 7.1.punktā minētajā Preces Garantijas laikā. Preces tehniskās apkopes Piegādātājs veic, ievērojot Pielikumā Nr.1 norādīto periodiskumu, ierodoties pie Pircēja iepriekš ar Līguma 10.5.punktā minēto Pircēja kontaktpersonu saskaņotā dienā un laikā.
- 4.8. Par katru Piegādātāja veikto Preces tehnisko apkopi Piegādātājs un Pircējs sastāda Aktu saskaņā ar Līguma 1.5.punktu.

#### **5. Norēķinu kārtība**

- 5.1. Puses vienojas, ka Līguma summa ir **EUR** \_\_\_\_ (\_\_\_\_ euro un \_\_\_\_ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), ko veido:
  - 5.1.1. Preces Piegādes cena EUR \_\_\_\_ (\_\_\_\_ euro un \_\_\_\_ centi) bez PVN;
  - 5.1.2. Preces tehnisko apkopju izmaksas EUR \_\_\_\_ (\_\_\_\_ euro un \_\_\_\_ centi) bez PVN.
- 5.2. PVN tiek piemērots Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 5.3. Pircējs veic Līguma 5.1.1.apakšpunktā minētās Preces Piegādes cenas samaksu 20 (divdesmit) dienu laikā no Attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.
- 5.4. Pircējs veic samaksu par Preces tehnisko apkopi 20 (divdesmit) dienu laikā no konkrētā Akta par tehniskās apkopes veikšanu parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Piegādātāja rēķinu. Rēķinus Uzņēmējs ir tiesīgs sagatavot elektroniskā formā un tie tiks uzskatīti par derīgiem un spēkā esošiem arī gadījumā, ja nesaturēs rekvizītu “paraksts” un tajos būs atzīme “rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta”. Elektroniski sagatavotus rēķinus Uzņēmējam jāšūta uz e-pasta adresi: [rigasudens@rigasudens.lv](mailto:rigasudens@rigasudens.lv). Elektroniski sagatavots rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 2 (divu) darba dienu laikā no dienas, kad tas tiek nosūtīts uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi.
- 5.5. Piegādātājs apņemas iesniegt Līguma 5.4.punktā minēto rēķinu vismaz 15 (piecpadsmit) dienas pirms tā apmaksas termiņa. Ja Piegādātājs nokavē šajā punktā norādīto rēķina iesniegšanas termiņu, Pircējs ir tiesīgs no Piegādātāja pieprasīt līgumsodu EUR 40,00 (četrdesmit euro un 00 centi) apmērā. Pircējam ir tiesības šī līgumsoda summu ieturēt no Piegādātājam pienākošās naudas summas.
- 5.6. Pircējs veic Līguma summas samaksu ar pārskaitījumu uz Attaisnojuma dokumentā un rēķinos norādīto Piegādātāja norēķinu kontu.

## **6. Strīdu risināšana**

- 6.1. Šis Līgums ir izskatāms saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
- 6.2. Visus strīdus un nesaskaņas, kas izriet no Līguma vai skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses atrisinās sarunu ceļā. Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc uzaicinājuma par sarunu uzsākšanu saņemšanas dienas Puses nav vienojušās par risinājumu, strīds tiks galīgi atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

## **7. Garantijas noteikumi un atbildība**

- 7.1. Puses vienojas, ka Preces Garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas dienas.
- 7.2. Garantija šī Līguma izpratnē ir Piegādātāja saistības Garantijas termiņa laikā novērst Precei konstatētos trūkumus un neatbilstību Līguma noteikumiem. Piegādātājs veic Garantijas saistību izpildi ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Pircēja pieprasījuma (turpmāk – Pieprasījums) saņemšanas dienas. Pircēja Pieprasījums tiek nosūtīts uz Līguma 10.6.punktā norādīto Piegādātāja kontaktpersonas e-pasta adresi. Ja pamatotu apstākļu dēļ Piegādātājam nav iespējams veikt Garantijas remontu šajā punktā norādītajā termiņā, Pusēm savstarpēji vienojoties, termiņš var tik pagarināts.
- 7.3. Gadījumā, ja Piegādātājs nokavē Garantijas saistību izpildi, Preces Piegādes termiņu vai Preces tehniskās apkopes veikšanu ar Līguma 10.5.punktā minēto Pircēja kontaktpersonu saskaņotajā dienā, tas maksā Pircējam līgumsodu 0,1 (vienas desmitās daļas) % apmērā no Līguma 5.1.punktā norādītās Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no kopējās Līguma summas. Pircējam ir tiesības šī līgumsoda summu ieturēt no Piegādātājam pienākošās naudas summas.
- 7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Piegādātāju no Garantijas saistību izpildes.
- 7.5. Iestājoties Garantijas gadījumam, Pircējs 5 (piecu) darba dienu laikā par to informē Piegādātāju, sastādot Pieprasījumu.
- 7.6. Piegādātājs, pamatojoties uz Pieprasījumu, par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku veic Garantijas gadījuma apsekošanu, defektācijas akta sastādīšanu, kā arī Līguma 7.2.punktā minēto saistību izpildi.
- 7.7. Veicot Garantijas remontu, Piegādātājs apņemas izmantot ražotāja oriģinālās rezerves daļas.

## **8. Līguma termiņš**

- 8.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un darbojas līdz tajā noteikto Pušu saistību pilnīgai izpildei.
- 8.2. Pusēm ir tiesības grozīt Līguma termiņu vai lauzt to, savstarpēji vienojoties.
- 8.3. Gadījumā, ja Piegādātājs nokavē Piegādes termiņu vairāk nekā 15 (piecpadsmit) dienas, Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma.
- 8.4. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu gadījumos, ja:
  - 8.4.1. tiesā ir iesniegts pieteikums par otras Puses atzīšanu par maksātnespējīgu;
  - 8.4.2. jebkurš otras Puses Līgumā minētais paziņojums, apliecinājums vai garantija izrādās nepatiesa, neprecīza vai maldinoša jebkurā būtiskā aspektā;
  - 8.4.3. otra Puse pārdod vai citādi atbrīvojas no saviem aktīviem vai īpašuma, kas ir būtisks tās uzņēmējdarbības veikšanai;
  - 8.4.4. tiek atsaukta vai netiek uzturēta spēkā jebkura valsts vai cita licence, atļauja, reģistrācijas apliecība, piekrišana vai pilnvara, kas Pusei ir nepieciešama šajā vai citos līgumos, kuriem ir saistība ar šo Līgumu, minēto saistību izpildei.
- 8.5. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Piegādātājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā to paredz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.

## **9. Nepārvaramā vara**

- 9.1. Puses ir atbrīvojamas no atbildības par Līguma pārkāpšanu, ja Līguma izpilde ir nokavēta vai

citas tajā paredzētās saistības nav izpildītas nepārvaramas varas dēļ. Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē ietver sevī notikumu ārpus Pušu saprātīgas kontroles, t.i.: karus, revolūcijas, ugunsgrēkus, plūdus, karantīnas ierobežojumus, valsts institūciju noteiktos ierobežojumus u.c. Nepārvarama vara neietver sevī Preces ražotāju vai pārvadātāju rīcību.

- 9.2. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem.

## **10. Citi noteikumi**

- 10.1. Puses apņemas brīdināt otru Pusi par savu rekvizītu, pasta vai juridiskās adreses maiņu.
- 10.2. Puses vienojas, ka tām nav tiesību cedēt vai citādi nodot trešajām personām jebkuras no Līgumā minētajām tiesībām vai saistībām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas.
- 10.3. Līguma izbeigšanās jebkādu iemeslu dēļ neatbrīvo Puses no uzņemto saistību izpildes. Līgums ir saistošs Pušu tiesību pārņēmējiem.
- 10.4. Informācija, ko satur šis Līgums vai kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu (par cenām, garantijām u.tml.), uzskatāma par komercnoslēpumu, un to iespējams izpaust citām personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi. Ja kāda no Pusēm ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas prettiesiska izpaušana.
- 10.5. Pilnvarotā persona un kontaktpersona no Pircēja puse, kura pilnvarota pieņemt Preci un Piegādātāja veiktos tehnisko apkopju darbus un parakstīt Attaisnojuma dokumentu un Aktus, kā arī nosūtīt Pieprasījumus, ir \_\_\_\_\_.
- 10.6. Kontaktpersona no Piegādātāja puses ir \_\_\_\_\_.
- 10.7. Puses vienojas, ka otras Puses iesniegtie personas dati, kas nepieciešami Līguma izpildei, tiks apstrādāti tikai Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
- 10.8. Piegādātājs apņemas ievērot SIA "Rīgas ūdens" Piegādātāju rīcības kodeksā (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pircēja tīmekļvietnē [https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens\\_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf](https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf), noteiktās prasības. Piegādātājs nodrošina, ka ar Kodeksu iepazīstas un tajā noteiktās prasības ievēro Piegādātāja Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji. Kodekss ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
- 10.9. Līgums ir sastādīts uz \_\_\_ lapaspusēm ar Pielikumu Nr.1 uz \_\_\_ lapaspusēm, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, un tiek parakstīts elektroniski.

## **11. Pušu rekvizīti**

DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN LAIKA ZĪMOGU

## Informācijas par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidnes

### INFORMĀCIJA PAR PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents), apliecina, ka atklāta konkursa “Jonu hromatogrāfa piegāde, uzstādīšana un metodes izstrāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/180; turpmāk – Atklāts konkurss) ietvaros balstās uz šādu personu iespējām, lai apliecinātu atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām:

| Nr. p.k. | Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums un reģistrācijas numurs | Nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs, uz ko Pretendents balstās |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <...>                                                                              | <...>                                                                       |
| <...>    | <...>                                                                              | <...>                                                                       |

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

### PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> apliecina, ka:

1. <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā “Jonu hromatogrāfa piegāde, uzstādīšana un metodes izstrāde ” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/180; turpmāk – Atklāts konkurss), kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) persona, uz kuras iespējām, Pretendents balstās.
2. Atklātā konkursā atļauj Pretendentam balstīties uz <nododamo kvalifikācijas prasību apjoms un saturs><sup>4</sup>.
3. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodot Pretendentam šādus resursus: <īss nododamo resursu, piemēram, finanšu resursu, tehniskā aprīkojuma apraksts>.
4. Uz <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Atklāta konkursa nolikuma 7.1.1.-7.1.3.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli.
5. <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> ir iepazinies/-usies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē [https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens\\_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf](https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf), un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Atklāta konkursa rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, <Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs> Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki un apakšuzņēmēji.
6. Visa sniegtā informācija ir patiesa.

<Personas, uz kuru balstās, paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

<sup>4</sup> Pretendenta darbinieki vai citas fiziskas personas, kuras kā speciālisti norādīti pretendenta piedāvājumā un faktiski sniegs pakalpojumus iepirkuma līguma izpildē, nav uzskatāmas par personām, uz kuras iespējām Pretendents balstās

## Informācijas par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnes

## INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM

Gadījumā, ja ar Pretendentu <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Jonu hromatogrāfa piegāde, uzstādīšana un metodes izstrāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/180) rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, apakšuzņēmējiem tiks nodoti šādi iepirkuma līguma sastāvā ietilpstoši pakalpojumi<sup>5</sup>:

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs | Sniedzamo pakalpojumu vērtība, EUR bez PVN | Īss apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu apraksts |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <...>                                         | <...>                                      | <...>                                            |
| <...>                                         | <...>                                      | <...>                                            |

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

## APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Apakšuzņēmējs) apliecina, ka:

1. Apakšuzņēmējs piekrīt piedalīties SIA “Rīgas ūdens” organizētajā atklātā konkursā “Jonu hromatogrāfa piegāde, uzstādīšana un metodes izstrāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/180; turpmāk – Atklāts konkurss) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs.
2. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs apņemas: sniegt šādus pakalpojumus: <īss pakalpojumu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu apjomā norādītajam>; un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, tehniskā aprīkojuma) apraksts>.
3. Uz <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas Atklāta konkursa nolikuma 7.1.1.-7.1.3.punktā noteiktie izslēgšanas iemesli<sup>6</sup>,
4. Apakšuzņēmējs ir iepazinies ar SIA “Rīgas ūdens” Piegādātāju rīcības kodeksu (turpmāk – Kodekss), kas pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē [https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens\\_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf](https://www.rigasudens.lv/sites/default/files/Rigas%20udens_Piegadataju%20ricibas%20kodekss.pdf), un savā darbībā ievēro Kodeksā noteiktos principus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu Atklāta konkursa rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, Apakšuzņēmējs Līguma izpildē ievēros Kodeksā noteiktās prasības, kā arī nodrošinās, ka tās ievēro Līguma izpildē iesaistītie darbinieki, kā arī Apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji.
5. Apakšuzņēmējs apliecina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

<Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats>

<Paraksts>

<Datums, vieta>

<sup>5</sup> Norādāmi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju nolīgtie apakšuzņēmēji, ja tādi paredzēti, kuru līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 euro.

<sup>6</sup> Norāda, ja apakšuzņēmēja līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 euro.

**SERVISA INŽENIERA PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS**

Ja ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> atklāta konkursa “Jonu hromatogrāfa piegāde, uzstādīšana un metodes izstrāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/180) rezultātā tiks noslēgts līgums, apņemos veikt atklāta konkursa nolikuma 9.4.punktā norādītā servisa inženiera pienākumus.

*\*pielikumā jāpievieno kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (iekārtas ražotāja izsniegts apliecinājums (sertifikāts)), kas ļauj pārliecināties par atklāta konkursa nolikuma 9.4.punktā norādīto prasību izpildi.*

<Vārds, uzvārds>

<Datums, paraksts>