

Par tirgus izpēti
“Laboratorijas mēbeļu projektēšana, izgatavošana un uzstādīšana”
(IDENTIFIKĀCIJAS NR.T.I.2026/131)

Rīgā, 2026.gada 25.augustā

Papildu informācija

Ar šo pasūtītājs sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par tirgus izpēti “Laboratorijas mēbeļu projektēšana, izgatavošana un uzstādīšana” (identifikācijas Nr.T.I.2026/131) uzaicinājumu.

Jautājums Nr.1:

Kāda saistība ir korozijas testēšanas pārskatam ar tehniskā piedāvājuma 2.1.1.punktu? Varbūt šo prasību sadalīt pa atsevišķiem punktiem vai izņemt no šī punkta, jo tas jau tiek definēts 2.1.1.punktā?

Atbilde Nr.1:

Lūdzu skatīt grozījumus tirgus izpēti uzaicinājumā (grozījumi/papildinājumi ir [zilā tekstā](#)).

Jautājums Nr.2:

Lūdzam izņemt no prasības mēbeļu ražotāju un “rāmi” (jo tests tiek veikts tieši uz metāla), jo mēbeļu ražotājs rāmjus iepērk no metāla ražotāja un pats mēbeļu ražotājs testus neveic. Izteikt šo punktu šādā versijā : “Jāiesniedz mēbeļu metāla ražotāja korozijas noturības testa pārskatu saskaņā ar EN ISO 9227”.

Atbilde Nr.2:

Testu saskaņā ar EN ISO 9227 var veikt gan metāla rāmju ražotājs, gan mēbeļu ražotājs, taču tirgus izpēti izvirzītā prasība par to, ka tests jāveic mēbeļu ražotājam noteikta, lai pretendenti neiesniegtu internetā pieejamos metāla ražotāja sertifikātus, neizmantojot viņu precī. Prasība netiks mainīta.

Jautājums Nr.3:

Lūdzam izņemt prasību: “deviācija no standarta nedrīkst pārsniegt vairāk par 5%”, vai lūdzam precizēt, no kura EN ISO 9227 noteiktā parametra vai references vērtības ir aprēķināma prasībā norādītā maksimāli pieļaujamā 5 % deviācija, kā arī norādīt attiecīgo EN ISO 9227 punktu. Jo citādi nevar objektīvi pierādīt atbilstību šiem “5 %”

Atbilde Nr.3:

Lūdzu skatīt grozījumus tirgus izpēti uzaicinājumā (grozījumi/papildinājumi ir [zilā tekstā](#)).